



MES Sp. z o.o.
Ul. Zawita 56
30-390 Kraków

Tel/fax 12 269 02 09
Tel/fax 12 263 77 67
mes@mes.com.pl
www.mes.com.pl

KARTA KATALOGOWA

MASKA ERGOSPIROMETRYCZNA DLA DOROSŁYCH

(KOD 20000011; 20000012; 20000013)



Parametry:

- Materiał
- Rozmiar
- Producent
- Sterylizacja/Dezynfekcja

Silikon; polipropylen

mała, średnia, duża

Hans Rudolph

Instrukcja: „Mycie, dezynfekcja, sterylizacja”

Przeznaczenie: VO2 Max Finder; VO2 Max Tracker, Start 2000M, Lungtest 1000 z modułem Start2000